

Znak pisma: OHR.9022.33.11.2015.MP.2

za dowodem doręczenia

**DECYZJA Nr 185 – HR/Z/A/15**

z dnia .....2015.-10-28.....

**Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego**

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 5, w związku z art. 5, ust. 4, 5, 7 i 7a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1512), w związku z art. 104, art. 107 §1 i §3 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 1, pkt 3, art. 12, ust. 1a i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), po rozpatrzeniu wniosku LUX MED Sp. z o. o. (wpływ wniosku do kancelarii WSSE w Gdańsku w dniu 27 października 2015 r.):

**z e z w a ł a**

***LUX MED Sp. z o. o.***

***ul. Postępu 21 C***

***02 – 676 Warszawa***

na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej

1. typ – mammograf
2. model – Sophie Classic
3. nr fabryczny – AICHMD 33133
4. rok produkcji – 2015
5. wytwórca – PLANMED OY

zainstalowanego w ambulansie rentgenowskim:

***LUX MED Sp. z o. o.***

***LUX MED Diagnostyka***

***Pracownia Diagnostyki Obrazowej Chorób Piersi***

***(mammografia mobilna z opisownią)***

***ul. Tomasza Nocznickiego 8A***

***81 - 454 Gdynia***

Zezwolenie, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy Prawo atomowe, wydaje się na okres nieoznaczony.

W przypadkach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy Prawo atomowe, zezwolenie może zostać cofnięte.

## Uzasadnienie

LUX MED Sp. z o. o. wystąpiła do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem (wpływ wniosku do kancelarii WSSE w Gdańsku w dniu 22 września 2015 r.) o wydanie zezwolenia na stosowanie mammografu zainstalowanego w ambulansie RTG (nr rej. WE 172AK) typu Sophie Classic firmy PLANMED OY.

Zgodnie z art. 5, ust. 5 ustawy Prawo atomowe, wydanie zezwolenia następuje po ocenie i stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem. W tym celu dokonano analizy dokumentów określonych w art. 6, ust. 2 ustawy Prawo atomowe, tj. zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy wykonywaniu tej działalności (Dz. U. Nr 220, poz. 1851 z późn. zm.) i stwierdzono spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1015) oraz z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Wobec powyższego Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



Pomorski  
Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny  
z up.   
Anna Obuchowska  
Zastępca Pomorskiego  
Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego

Otrzymuje:

Podmiot składający wniosek

Do wiadomości:

Główny Inspektor Sanitarny

a/a